

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S NORMAMI

Výrobce: **MERCATOR MEDICAL S.A.**
UL. H. MODRZEJEWSKIEJ 30
31-327 KRAKOV, POLSKO

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že diagnostické rukavice:

Nitrilové rukavice bez pudru	nitrilex PF	XS (5-6); S (6-7); M (7-8); L (8-9); XL (9-10)
------------------------------	--------------------	---

spl ují požadavky následujících norem harmonizovaných se směrnicí 93/42/EHS a 89/686/EHS

jako **zdravotnický prostředek třídy I**

EN 455-1
EN 455-2
EN 455-3
EN 455-4
EN 980

a jako **osobní ochranný prostředek, kategorie III**

EN 374-1 s výjimkou bodu 5.3.2
EN 374-2
EN 374-3
EN 420
EN 388

Krakov, 31.03.2014

Podpis jménem výrobce

Justyna Wiśniowska-Woźny

Justyna Wiśniowska-Woźny
odborník na technickou dokumentaci

MERCATOR MEDICAL
Spółka Akcyjna
ul. Helény Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel. +48 12 66 55 400, fax +48 12 66 55 415

Siedziba Spółki
ul. H. Modrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel./faks: (12) 66 55 400
faks: (12) 66 55 415
medical@mercatormedical.eu

Biuro Handlowe i Magazyn
Stary Brześć 25E
87-880 Brześć Kujawski
tel./faks: (54) 252 10 20
faks: (54) 252 10 21
kujawy@mercatormedical.eu

NIP: 677 10 36 424
REGON: 350967107
KRS: 36244
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy i wpłacony: 8 643 400 PLN

Certyfikaty ISO (certyfikacja DNV):
ISO 9001:2008;
nr 93133-2011-AQ-POL-FINAS
ISO 13485:2003;
nr 93134-2011-AQ-POL-FINAS
www.mercatormedical.eu

