

Závěrečná zpráva

Testovaný výrobek: **nitrylex PF**
nitrilové diagnostické rukavice, bez pudru, nesterilní, modré barvy

Testovací metoda: **ASTM F L67L** - standardní testovací metoda pevnosti materiálů použitých k výrobě ochranných oděvů proti pronikání krví přenosných patogenů s využitím systému pronikání bakteriofágů Phi-X 174

Nezávisle akreditovaná zkušební laboratoř: Nelson Laboratories / USA

Laboratorní číslo: 708983

Datum zahájení studie: 23. srpna 2013

Datum ukončení studie: 6. září 2013

VÝSLEDKY

Číslo vzorku	Koncentrace před zkouškou (PFU/ml)	Koncentrace o zkoušce (PFU/ml)	Titř (PFU/ml)	Vizuální penetrace	Výsledek zkoušky
1-3	1.8×10^8	2.1×10^8	$< 1^a$	Nezjištěno	Splňuje
Negativní kontrola	1.8×10^8	2.1×10^8	$< 1^a$	Nezjištěno	Přijato
Pozitivní kontrola	1.8×10^8	2.1×10^8	TNTC ^b	Ano	Přijato
Slepý pokus	Netýká se	Netýká se	$< 1^a$	Nezjištěno	Přijato

^a A hodnota < 1 jednotek vytvářejících tyčinky (PFU)/ml bylo zaznamenáno pro destičky nevykazující tyčinky.
NTC = PFU bylo příliš moc, aby šly spočítat

Datum vydání: 30.06.2014

Justyna Wiśniowska-Woźny

Justyna Wiśniowska-Woźny
odborník na technickou dokumentaci

Sídliště Spółki
ul. Motrzejewskiej 30
31-327 Kraków
tel./faks: (12) 66 55 400
faks: (12) 66 55 415
medical@mercatormedical.eu

Biuro Handlowe i Magazyn
Stary Brześć 25E
87-880 Brześć Kujawski
tel./faks: (54) 252 10 20
faks: (54) 252 10 21
kujawy@mercatormedical.eu

NIP: 677 10 36 424
REGON: 350967107
KRS: 36244
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy i wpłacony: 8 643 400 PLN

Certyfikaty ISO (certyfikacja DNV):
ISO 9001:2008;
nr 93133-2011-AQ-POL-FINAS
ISO 13485:2003;
nr 93134-2011-AQ-POL-FINAS
www.mercatormedical.eu

